

# JCSSトレーサビリティ体系：粘度の例

登録／認定事業者  
(特定二次標準器)

時間二次標準  
(原子時計、セシウム周波数標準器等)

蒸留水の粘度  
(「ISO/TR3666: 1998」による)

 JCSS  
校正証明書

登録／認定事業者  
(常用参照標準器)

常用参照標準  
(周波数標準器(ただし、細管式粘度校正装置に付属するもの))

 JCSS  
校正証明書

JCSS認定シンボル 又は  
JCSS標章付校正証明書

登録／認定事業者  
(常用参照標準又は  
実用標準)

常用参照標準／実用標準  
(粘度計校正用標準液、細管粘度計、  
回転粘度計、振動粘度計)

 JCSS  
校正証明書

 JCSS  
校正証明書

JCSS認定シンボル 又は  
JCSS標章付校正証明書

ユーザ  
(現場計測器)

一般計測機器  
(粘度計校正用標準液、細管粘度計、回転粘度計、  
振動粘度計、粘度校正液、ニュートン性液体)