

# 登 録 証

茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1  
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
理事長 小口 正範 殿

産業標準化法第 57 条第 1 項の規定に基づき登録試験事業者として登録します。

登 録 番 号 220419JP  
登 録 年 月 日 令和 4 年 6 月 23 日  
登録の有効期間 令和 8 年 6 月 22 日まで  
試験所の名称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
及び所在地 放射線標準施設棟  
茨城県那珂郡東海村大字白方 2 番地 4  
試験方法の区分 別紙のと通りの 4 区分

令和 4 年 6 月 23 日

独立行政法人製品評価技術基盤機構  
理事長 長谷川 史彦

(別紙)

登録年月日	令和4年6月23日
登録の有効期間	令和8年6月22日まで

試験方法の区分の名称	製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号
X・γ線及びβ線用受動形個人線量計測装置並びに環境線量計測装置のエネルギー・方向特性試験	試験方法規格 JIS Z 4345 8.3 (ただし、エネルギー特性試験に限る)
中性子用固体飛跡個人線量計のエネルギー特性試験	試験方法規格 JIS Z 4416 7.2.4
X線、γ線及びβ線用線量当量(率)サーベイメータのエネルギー・方向特性試験	試験方法規格 JIS Z 4333 6.2.4 (ただし、エネルギー特性試験に限る)
中性子用線量当量(率)サーベイメータのエネルギー特性試験	試験方法規格 JIS Z 4341 6.2.4

備考：登録の区分は、官報及び認定機関のホームページ等で公表された最新版の区分表が適用される。

(以上)